

**DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA  
ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:

**„Dostawa 2 szt. automatycznych  
stacji poboru prób jakości ścieków  
dla Oczyszczalni Ścieków  
w Tomaszowie Lub.”**

Nr referencyjny: **SM/02/2022**

W związku z treścią pytań odnoszących się do treści SWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, Zamawiający udziela odpowiedzi:

1. Czy w związku z tym, że stacje poboru mają być zgodne z ISO PN-EN ISO 5667-10 wymagane jest również aby uwzględnić czujnik temperatury w komorze z próbkami wzorcowany zgodnie z PCA?

**ODPOWIEDŹ**

*Automatyczne stacje poboru prób mają posiadać czujnik temperatury wraz z dokumentem potwierdzającym wzorcowanie czujnika zgodnie z PCA*

Wiceprezes Zarządu  
Dyrektor Zarządcy  
inż. Witostaw Drażek (podpis)

Prezes Zarządu - Dyrektor  
mgr. Waldemar Warzocha